

**KALİBRASYON
SERTİFİKASI**
NIST ONAYLI

- Hassasiyet: 0,01mm
- DIN878 Standardına uygundur
- Limit uçları ile tedarik edilir
- Opsiyonel aksesuar:
arka kapaklar (sayfa 158~159),
temas uçları (sayfa 155~157)




2892-10

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	Histerezi	Aralık	Saat okuma	Açıklama
2892-10 *	10mm	17µm	3µm	1mm	0-100	kulaklı kapak
2892-10F *	10mm	17µm	3µm	1mm	0-100	düz kapak

* Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir

KOMPARATÖR SAATI

INSIZE PLUS
AVRUPA'DA ÜRETİLMİŞTİR



**KALİBRASYON
SERTİFİKASI**
NIST ONAYLI

- Limit uçları ile tedarik edilir
- Opsiyonel aksesuar:
temas uçları (sayfa 155~157)




2893-3

Kod	Ölçüm aralığı	Hassasiyet	Doğruluk	Histerezi	Aralık	Saat okuma
2893-3 *	3mm	0,01mm	15µm	5µm	1mm	0-100

* Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir

KOMPARATÖR SAATI

INSIZE PLUS
AVRUPA'DA ÜRETİLMİŞTİR



**KALİBRASYON
SERTİFİKASI**
NIST ONAYLI

DARBEME
DAYANIKLI

IP67
SU GEÇİRMEZ

SU GEÇİRMEZ KOMPARATÖR SAATI

INSIZE PLUS
AVRUPA'DA ÜRETİLMİŞTİR

- Hassasiyet: 0,01mm
- DIN878 Standardına uygundur
- Darbeye dayanıklı
- IP67 toz/suya dayanıklı
- Limit uçları ile tedarik edilir
- Opsiyonel aksesuar:
temas uçları (sayfa 155~157)



2894-10F

Kod	Ölçüm aralığı	Doğruluk	Histerezi	Aralık	Saat okuma	Açıklama
2894-10F *	10mm	17µm	3µm	1mm	0-100	düz kapak

* Üretici kalibrasyon sertifikası ile tedarik edilir

