

Özellikler

Hata Sınırı	EN ISO 3650
Teslimat	Kontrol sertifikasıyla birlikte ahşap kutuda (yalnızca Gösterge Blokları)



Mikro denetleyici 516-607 uygulanabilir master blok setleri 516-156-xx, 516-157-xx, 516-158-xx

Grad K/0/1/2 gösterge blok setleri JCSS kalibrasyon sertifikası (Mitutoyo JCSS akredite laboratuvarı tarafından verilmiştir) çevrimiçi bkz.

Mikrometre Doğrulama Master Seti

Mikrometre Muayene Setleri Metrik



Kontrol sertifikası



516-156-10

Metrik

Denetim Sertifikalı

No.	Set başına bloklar	Derece	Malzeme	Kalibrasyon/Standard uygulamaları	Set içeriği	Ağırlık [g]
516-390-10	10	0	Seramik	Özellikle 2 mm vida adımlı mikrometre için (QuantuMike)	2,2, 4,8, 7,8, 10,4, 12, 15,2, 17,4, 19,6, 22,6, 25 mm	900
516-391-10	10	1	Seramik	Özellikle 2 mm mil adımlı Mikrometre için. (Kuantum-Mike)	2,2, 4,8, 7,8, 10,4, 12, 15,2, 17,4, 19,6, 22,6, 25 mm	900
516-392-10	10	2	Seramik	Özellikle 2 mm mil adımlı Mikrometre için. (Kuantum-Mike)	2,2, 4,8, 7,8, 10,4, 12, 15,2, 17,4, 19,6, 22,6, 25 mm	900
516-156-10	10	0	Seramik	EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618	2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Optik paralel (t = 12 mm)	900
516-157-10	10	1	Seramik	EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618	2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Optik paralel (t = 12 mm)	900
516-158-10	10	2	Seramik	EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/DGQ 2618	2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Optik paralel (t = 12 mm)	900
516-185-10	10	0	Seramik	EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618	2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Micro Checker, Optik paralel (t = 12 mm)	2900
516-186-10	10	1	Seramik	EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618	2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Micro Checker, Optik paralel (t = 12 mm)	2900
516-187-10	10	2	Seramik	EN ISO 3611 DIN 863 (1999) VDI/VDE/ DGQ 2618	2,5, 5,1, 7,7, 10,3, 12,9, 15, 17,6, 20,2, 22,8, 25 mm, Micro Checker, Optik paralel (t = 12 mm)	2900