
SERIES 261 DIAL TEST INDICATOR


Certificate Jeweled

- Jeweled bearing
- Carbide contact point
- Two measuring directions
- Anti magnetic body
- Supplied with two clamps: 5/32" DIA and 3/8" DIA



261-030-51





Graduation .001"

Code	Range	Accuracy	Dial reading	d	L
261-030-11	0.03"	±0.001"	0-15-0	1.181"DIA	0.50"
261-030-12	0.03"	±0.001"	0-15-0	1.457"DIA	0.50"

Graduation .0001"

Code	Range	Accuracy	Dial reading	d	L
261-080-01	0.008"	±0.0001"	0-40-0	1.181"DIA	0.563"
261-080-02	0.008"	±0.0001"	0-40-0	1.457"DIA	0.563"

Graduation .0005"

Code	Range	Accuracy	Dial reading	d	L
261-030-51	0.03"	±0.0005"	0-15-0	1.181"DIA	0.50"
261-030-52	0.03"	±0.0005"	0-15-0	1.457"DIA	0.50"

With manufacturer inspection certificate

Application



Clamp (included)

